

1



2



3



4



5



6a

6b

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS: Support for acute ankle sprains, soft tissue injuries of the lower leg, stress fractures of the lower leg, stable fractures of the foot and ankle, stable delayed union or non-union fractures of the distal tibia and fibula, Achilles tendon repairs.
CONTRAINDICATIONS: Application of this device is recommended only when the fracture is demonstrably stable and there are acceptable limits of angular and rotational deformity. The determination of when to apply the brace rests strictly at the discretion of the treating physician.
PRESCRIBING INFORMATION: This product was designed to complement the variety of medical treatments common to the above afflictions. Your prescribing Healthcare professional should determine the frequency and duration of use. **Note:** Due to the molded outer sole, the orthopedic walker may be slightly higher than a normal street shoe, therefore an athletic shoe or a street shoe with a ½" heel, may be worn if necessary for patient comfort. A heel lift also may be used in the shoe worn on the non-affected foot.
WARNINGS AND PRECAUTIONS: Always consult with your physician or therapist before making changes to the brace. This product is to be used under the supervision of a medical professional. This device is not intended for unsupervised public use. If you experience any pain, swelling, sensation changes, any unusual reaction while using this product, consult your medical professional.
APPLICATION INFORMATION: For first time application, loosen all straps and remove liner from boot.

1) Two removable foam ankle pads are provided for patient comfort.
2) If pads require adjustment, remove both pads from liner and separate. Smaller pad should be placed in liner first. At V-cutouts, fold side panels toward center. Ensure the three (3) Velcro® strips are centered on each panel. Folded pad should be centered on back of liner with V-cutouts positioned at base of heel. Open side panels of pad and secure on either side of liner Note: Pad should fit around ankle area when applied correctly. Large pad may be applied directly to liner or layered on top of small pad as needed. Application is same as small pad.
3) Place foot in liner and secure with contact closure. Make sure the heel fits snugly into the posterior portion of the liner. Secure the forefoot flap on the liner first followed by the lower leg portion. Make sure liner fits snug top to bottom.
4) Both uprights may be shortened by 2" to accommodate various patient heights. **To Breakdown Uprights:** Secure uprights on edge of table or hard surface. Firmly push down on breakdown portion of bar. Soft Velcro® strips are included at top of each liner. Following breakdown of bars, the strips should be applied to top of uprights or liner may be folded over uprights if necessary for added comfort and fit.
5) Spread the uprights using both hands and step into boot, aligning uprights with midline of the ankle. Remove plastic sheaths on uprights and secure liner. The uprights may be bent to accommodate any leg contour.
6) The two straps at the ankle joint may be adapted to accommodate individual patient needs. **Prior to securing bootstraps, determine desired ankle strapping method. Ankle Cross Strap Conversion: 6a)** Strap 3 is removable and may be secured by feeding through d-ring on opposing upright. **6b)** If Cross Strapping is desired, feed Strap 3 through opposing forefoot d-ring. Cross Strap 2 over Strap 3, feed through d-ring on opposing upright and secure. Secure all other bootstraps, starting at the toes and working up the leg.

Instructions for Range-of-Motion hinge adjustment: Slide open cap cover. Turn hinge cap cover to expose pins. Release pins, select correct settings and reinsert pins. Close cap cover. To lock uprights in fixed 90° angle, set both pin settings at 0°. To lock in 7.5°, 15°, 22.5° or 30° of plantar or dorsiflexion, set one pin at desired setting in location marked **"lock"** and second pin in corresponding (same number) setting in the open opposing position.

⚠ Only tighten cinch screw (with allen wrench), when locked in fixed position of 0°, 7.5°, 15°, 22.5° or 30° of plantar or dorsiflexion. Repeat the procedure for the hinge on opposite side of Walker to match the new settings.
CLEANING INSTRUCTIONS: To clean liner, hand wash in cold water using mild soap. Air dry. Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.
WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.
Patent pending
For single patient use only

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL PROFESSIONAL. THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

USO PREVISTO/INDICACIONES: Apoyo para torceduras de tobillo agudas, lesiones a tejidos blandos de la parte baja de la pierna, fractura de estrés de la parte baja de la pierna, fracturas estables del pie y tobillo, fracturas estables de unión o no-unión retrasada de la tibia distante y peroné, reparaciones del tendón de Aquiles.
CONTRAINDICACIONES: La colocación de este dispositivo es recomendable sólo cuando la fractura es demostradamente estable y hay unos límites aceptables de deformidad angular y rotacional. La determinación del momento de utilización de apoyos para tobilleras es estrictamente a discreción del facultativo que lleva el tratamiento.
INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIONES: Este producto está diseñado como complemento de la variedad de tratamientos médicos comunes a las afecciones mencionadas arriba en las indicaciones. El profesional médico que le prescribió deberá determinar la frecuencia y la duración del uso. **Nota:** Debido a la suela externa amoldada, el andador ortopédico puede tener una altura más alta de lo normal, entonces el paciente puede usar un zapato atlético o un zapato normal con un tacón de media pulgada, si es necesario para su comodidad. También puede utilizar un elevador para el talón en el zapato utilizado en el pie no afectado.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Consulte siempre con su médico o terapeuta antes de realizar cambios en la rodillera. Este producto debe utilizarse bajo la vigilancia de un profesional médico. Este aparato no está diseñado para su uso general sin supervisión. Si experimenta dolores, hinchazón, cambios de sensibilidad o cualquier reacción fuera de lo común mientras utiliza este producto, consulte con un profesional médico.
INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN: Para su colocación por vez primera, afloje las correas y saque el forro de la bota.

1) Se proporcionan dos almohadillas de quita y pon de espuma para el tobillo para la comodidad del paciente.
2) Si las almohadillas requieren ajustes, quite ambas almohadillas del forro y sepárelas. Deberá colocar en el forro la almohadilla más pequeña primero. En los cortes en V, doble los paneles laterales hacia el centro. Asegúrese que las tres (3) tiras de Velcro® estén centradas en cada panel. La almohadilla doblada deberá estar centrada en la parte trasera del forro con los cortes en V posicionados en la base del talón. Abra los paneles laterales de las almohadillas y asegúrelas en cada lado del forro. Nota: La almohadilla deberá caber alrededor del área del tobillo cuando se coloque correctamente. La almohadilla grande puede ser colocada directamente en el forro o encima de la almohadilla pequeña según sea necesario. La colocación es igual a la de la almohadilla pequeña.
3) Meta el pie en el forro y fíjelo con el cierre de contacto. Asegúrese de que el talón quede bien pegado a la parte posterior del forro. Fije la lengüeta delantera al forro primero seguido de la parte inferior de la pierna. Asegúrese que el forro esté completamente cómodo.
4) Ambas barras verticales pueden ser acortadas 2" para acomodar a pacientes de varias estaturas. **Para ajustar las barras verticales:** Asegure las barras verticales en el borde de una mesa o una superficie dura. Firmemente empuje hacia abajo en la parte de ajuste de la barra. La parte superior del forro incorpora cintas suaves de Velcro®. Después de ajustar las barras, se deberían colocar las cintas en las barras verticales superiores, o bien doblar el forro por encima de las barras verticales, en caso necesario, para mejorar la comodidad y asegurar un buen ajuste.
5) Separe las barras verticales utilizando ambas manos y coloque la bota en el pie, alineando las barras verticales con la parte media del tobillo. Quite las fundas de plástico de las barras verticales y fije el forro. Las barras verticales pueden doblarse para acomodarlas al contorno de la pierna.
6) Las dos correas de la unión del tobillo pueden ser adaptadas para acomodar las necesidades individuales del paciente. **Antes de fijar las correas, determine el método de amarre del tobillo deseado. Conversión de Amarres Cruzados del Tobillo: 6a)** La correa "3" es extraible y puede ser fijada pasándola por un anillo en D en la barra vertical opuesta. **6b)** Si se desea el método de Amarres Cruzados, pase la correa "3" a través de el anillo en D frontal del lado opuesto. Atraviese la correa "2" sobre la correa "3", pásela a través del anillo en D de la barra vertical del lado opuesto y fíjela. Fije el resto de las correas de la bota, comenzando por la puntera y subiendo por la pierna.

Instrucciones para el ajuste de la Gama de Movimientos de la articulación mecánica: Abra deslizando la tapa. Gire la tapa de la articulación mecánica para dejar a la vista los retenes. Saque los retenes, seleccione los ajustes correctos y vuelva a ponerlos. Cierre la tapa. Para bloquear las partes verticales en un ángulo de 90°, ajuste los dos retenes a 0°. Para fijar en 7,5°, 15°, 22,5° o 30° de flexión plantar o dorsal, coloque un pasador en el lugar deseado marcado **"lock"** y un segundo pasador en la configura ción correspondiente (mismo número) en la posición abierta del lado opuesto.

⚠ Apriete el tornillo (con una llave allen) sólo cuando esté fijado en la posición de 0°, 7,5°, 22,5° o 30° de flexión plantar o dorsal. Repita el procedimiento para la articulación mecánica en el lado opuesto del andador para que coincida con los nuevos ajustes.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Lave el forro a mano con agua fría utilizando un jabón suave. Secado al aire. Nota: Si no se enjuaga exhaustivamente, los restos de jabón pueden provocar irritación y deteriorar el material.
GARANTÍA: DJO, LLC reparará o reemplazará en su totalidad o en parte la unidad y sus accesorios por defectos de materiales o mano de obra por un periodo de seis meses desde la fecha de venta.
Patente en trámite
Para ser usado por un solo paciente

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS CON TÉCNICAS AVANZADAS PARA OBTENER LA MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD DE LA RESISTENCIA Y COMODIDAD, ESTE DISPOSITIVO NO ES MÁS QUE UN ELEMENTO EN EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO GENERAL ADMINISTRADO POR EL PROFESIONAL MÉDICO. NO HAY GARANTÍA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

PRECAUCIÓN: LA LEY FEDERAL (EE.UU.) RESTRIGE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO POR PARTE DE O A PEDIDO DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN MÉDICA MATRICULADOS.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDUNG/INDIKATIONEN: Zur Stützung bei akuten Sprunggelenkverstauchungen, Unterschenkelweichteilverletzungen, Unterschenkelermüdungsfrakturen, stabilen Fuß- und Sprunggelenkfrakturen, verzögerter Heilung oder Pseudoarthrose bei stabiler distaler Tibia- und Fibulafraktur oder Achillessehnenkonsolidierung.
KONTRAINDIKATIONEN: Der Einsatz dieser Stütze ist ausschließlich bei nachweislich stabiler Fraktur und in akzeptablem Rahmen liegender Achsen- und Rotationsfehlstellung indiziert. Die Entscheidung über den Einsatz der Stütze liegt allein im Ermessen des behandelnden Arztes.
INFORMATIONEN ZUR VERSCHREIBUNG: Dieses Produkt dient bei den vorstehend beschriebenen Erkrankungen als ergänzende Therapie zur angezeigten Standardbehandlung. Häufigkeit und Dauer des Gebrauchs sind vom verordnenden Arzt festzulegen. **Hinweis:** Durch die angepasste Außensohle der orthopädischen Stütze kann der Walker etwas höher als ein normaler Straßenschuh sein. Zur Verbesserung des Tragekomforts sollte der Patient ggf. einen Sportschuh oder anderen Schuh mit ca. 1,25 cm Absatz tragen. Der Absatz des Schuhs für den gesunden Fuß kann auch erhöht werden.
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN: Veränderungen an der Stütze dürfen nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt bzw. Therapeuten vorgenommen werden. Das Produkt sollte nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Es ist nicht zur unbeaufsichtigten Selbstbehandlung bestimmt. Sollten beim Gebrauch Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten, ist der behandelnde Arzt aufzusuchen.
INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH: Beim Erstgebrauch lockern Sie alle Bänder und nehmen den Einsatz aus dem Stiefel heraus.

1) Zur Verbesserung des Tragekomforts sind zwei herausnehmbare Gelenkpolster aus Schaumstoff enthalten.
2) Wenn diese Polster angepasst werden müssen, nehmen Sie sie aus dem Einsatz heraus und legen sie beiseite. Zuerst sollte das kleinere Polster wieder im Einsatz angebracht werden. Falten Sie die Seitenteile an den V-Ausschnitten zur Mitte. Achten Sie darauf, dass die drei Velcro®-Klettverschlüsse auf den Teilen mittig ausgerichtet sind. Das gefaltete Polster wird in der Mitte der hinteren Innenseite des Einsatzes ausgerichtet, wobei die V-Ausschnitte am Absatz anliegen müssen. Öffnen Sie die Seitenteile des Polsters, und befestigen Sie sie an beiden Seiten des Einsatzes. Hinweis: Wenn das Polster richtig angebracht wurde, umschließt es den Gelenkbereich vollständig. Das größere Polster kann entweder direkt am Einsatz befestigt werden oder nach Bedarf über das kleinere Polster gelegt werden. Um das Polster anzubringen, gehen Sie wie beim kleinen Polster vor.
3) Setzen Sie den Fuß so in den Einsatz, dass die Ferse sich genau in den hinteren Teil einpasst. Achten Sie darauf, dass die Ferse hinten exakt am Einsatz anliegt. Fixieren Sie erst das Vorfußband am Einsatz und dann die Bänder am Unterschenkel. Vergewissern Sie sich, dass der Einsatz an Fuß und Unterschenkel passgenau sitzt.
4) Um den Einsatz an die Körpergröße des Patienten anzupassen, können die beiden Bügel jeweils um ca. 5 cm verkürzt werden. **Kürzung der Bügel:** Stützen Sie die Bügel an einer Tischkante oder anderen harten Oberfläche ab. Drücken Sie den verstellbaren Teil der Schiene fest nach unten. Die weichen Velcro®-Klettstreifen befinden sich oben an jedem Einsatz. Gemäß der Bügelunterteilung werden die Streifen oben an den Bügeln angebracht. Der Einsatz kann auch über die Bügel umgeschlagen werden, wenn dies der Verbesserung von Tragekomfort und Passform dient.
5) Drücken Sie die Bügel mit beiden Händen nach außen, und steigen Sie in den Stiefel. Die Bügel müssen dabei an der Gelenkmitte ausgerichtet sein. Entfernen Sie die Plastikhülsen der Bügel und fixieren Sie den Einsatz. Die Bügel können gebogen werden, um sie an die Beinform des Patienten anzupassen.
6) Die Bänder für das Sprunggelenk können passgenau für die Patienten eingestellt werden. **Vor der Fixierung der Stiefelbänder müssen Sie die beste Methode zur Stabilisierung des Gelenks herausfinden. Umrüstung auf Gelenkquerband: 6a)** Band 3 kann herausgezogen, durch die Öse des anderen Bügels gezogen und dort fixiert werden. **6b)** Wenn die Querbandmethode bevorzugt wird, ziehen Sie Band 3 durch die gegenüberliegende Vorfußöse. Legen Sie Band 2 quer über Band 3, ziehen Sie das Band durch die Öse an der gegenüberliegenden Schiene, und fixieren Sie es. Fixieren Sie die anderen Stiefelbänder. Beginnen Sie bei den Zehen, und fahren Sie dann mit den anderen Bändern von unten nach oben fort.

Hinweise zur Einstellung des Bewegungsspielraums: Schieben Sie den Kappenaufsatz auf. Drehen Sie den Kappenaufsatz des Scharniers, sodass die Stifte zu sehen sind. Nehmen Sie die Stifte heraus, wählen Sie die entsprechende Einstellung, und setzen Sie sie wieder ein. Schließen Sie den Kappenaufsatz. Zur Feststellung der Bügel in 90°-Stellung werden beide Stifte in der 0°-Stellung eingesetzt. Zur Einstellung der Plantar- bzw. Dorsalflexion auf 7,5°, 15°, 22,5° oder 30° wird in jedem Scharnier einer der beiden Stifte in die entsprechende mit "Lock" bezeichnete Gradeinstellung eingesetzt und der zweite Stift in die entsprechende Einstellung (dieselben Zahlenwerte verwenden) in der gegenüberliegenden "Open"-Einstellung eingesetzt.

⚠ Die Schraube darf erst (mit dem Inbusschlüssel) angezogen werden, wenn die Plantar- oder Dorsalflexion auf 0°, 7,5°, 15°, 22,5° oder 30° eingestellt ist. Für das andere Scharnier werden die gleichen Einstellungen gewählt.
HINWEISE ZUR REINIGUNG: Zur Reinigung den Einsatz von Hand mit einem milden Waschmittel in kaltem Wasser waschen. Die Teile werden an der Luft getrocknet. Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.
GEWÄHRLEISTUNG: DJO, LLC übernimmt die Reparatur oder den Ersatz des Produkts, eines Teils des Produkts oder des entsprechenden Zubehörs bis zu sechs Monate ab Kaufdatum, wenn ein Material- oder Herstellungsfehler vorliegt.
Zum Patent angemeldet
Das Produkt ist nur für einen Patienten vorgesehen

HINWEIS: ES WURDEN UNTER ANWENDUNG DER MODERNSTEN VERFAHRENSWEISEN SÄMTLICHE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM DIE GRÖSSTMÖGLICHE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND BEQUEMLICHKEIT ZU ERREICHEN; DIESES PRODUKT IST JEDOCH NUR EIN BESTANDTEIL DES GESAMTEN VON EINEM ARZT DURCHGEFÜHRTEN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS STELLT KEINE GARANTIE ZUR VORBEUGUNG VON VERLETZUNGEN DAR.

VORSICHT: NACH US-AMERIKANISCHEM GESETZ DARF DIESE VORRICHTUNG NUR DURCH ODER AUF ANORDNUNG EINES ZUGELASSENEN ARZTES BZW. EINER MEDIZINISCHEN FACHKRAFT VERKAUFT WERDEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

INDICAZIONI. Sostegno in caso di distorsioni acute della caviglia, lesioni dei tessuti molli della gamba, fratture da sforzo della gamba, fratture stabili di piede e caviglia, fratture stabili composte o scomposte della tibia e fibula distali, ricostruzioni del tendine d'Achille.
CONTROINDICAZIONI. L'applicazione è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistono limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria. Il momento di applicazione rimane strettamente a discrezione del medico curante.
INFORMAZIONI PER LA PRESCRIZIONE. Questo prodotto è stato concepito per andare a integrare i diversi trattamenti medici relativi alle suddette patologie. Lo specialista curante dovrà stabilire la frequenza e la durata dell'utilizzo. **Nota.** A causa della suola esterna sagomata, lo stivale ortopedico potrebbe essere leggermente più alto di una normale calzatura; in tal caso, il paziente potrà indossare per il piede sano una calzatura sportiva o una calzatura normale con tacco di 1,25 cm per migliorare il comfort. È possibile anche l'uso di un rialzo.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI. Consultare sempre il medico o il fisiatra prima di apportare qualsiasi modifica al prodotto. Il prodotto va utilizzato esclusivamente sotto il controllo medico; non è stato concepito per uso privato non assistito. Nel caso in cui si avvertano sintomi quali dolore, gonfiore, mutamenti a livello della sensibilità o qualsiasi altra reazione anomala durante l'utilizzo del prodotto, rivolgersi immediatamente al medico.
INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE. Per la prima applicazione, allentare gli strap ed estrarre l'imbottitura interna dallo stivale.

1) Vengono forniti due cuscinetti amovibili per la caviglia.
2) Se è necessario regolare i cuscinetti, toglierli dall'imbottitura e separarli. I cuscinetti più piccoli vanno inseriti per primi nell'imbottitura. In corrispondenza degli intagli a V, piegare i pannelli laterali verso il centro. Fare in modo che i 3 Velcro® siano centrati rispetto al pannello. I cuscinetti piegati vanno centrati sul retro dell'imbottitura con gli intagli a V sulla base del calcagno. Aprire i pannelli laterali del cuscinetto e fissare su entrambi i lati dell'imbottitura. Nota. Se è applicato correttamente, il cuscinetto aderisce perfettamente attorno alla caviglia. Il cuscinetto più grande può essere applicato direttamente all'imbottitura o sovrapposto al cuscinetto più piccolo. La modalità di applicazione è la stessa.
3) Infilare il piede nell'imbottitura e fissare la chiusura. Verificare che il calcagno calzi perfettamente nella parte posteriore dell'imbottitura. Fissare per prima la fascetta dell'avampiede sull'imbottitura, quindi la parte della gamba. Controllare che l'imbottitura sia perfettamente aderente sulla parte superiore e inferiore.
4) Entrambi i montanti possono essere accorciati di 5 cm in base all'altezza del paziente. **Per accorciare i montanti.** Tenere fermi i montanti sul bordo del tavolo o altra superficie rigida. Premere con forza verso il basso la parte separabile. La parte superiore dell'imbottitura dispone di chiusure morbide in Velcro®. Dopo l'accorciamento delle barre, è possibile applicare le chiusure sulla parte superiore dei montanti oppure avvolgere l'imbottitura sopra i montanti per accrescerne comfort e calzata.
5) Aprire i montanti con entrambe le mani e calzare lo stivale, allineando i montanti con l'asse centrale della caviglia. Togliere le guaine in plastica dai montanti e fissare l'imbottitura. I montanti possono essere piegati per adattarsi al profilo della gamba.
6) I due strap in corrispondenza dell'articolazione della caviglia possono essere adattati in base al singolo paziente. **Prima di fissare gli strap dello stivale, scegliere il metodo migliore per fissarli. Conversione degli strap incrociati della caviglia: 6a)** Lo strap 3 è amovibile e può essere fissato facendolo passare nell'anello a D sul montante opposto. **6b)** Per incrociare gli strap, infilare lo strap 3 nell'anello a D dell'avampiede opposto. Incrociare lo strap 2 sullo strap 3, infilarlo nell'anello a D sul montante opposto e chiudere. Fissare tutti gli strap dello stivale, partendo da quelli inferiori e risalendo lungo la gamba.

Istruzioni per la regolazione delle cerniere per il range di movimento. Far scorrere la protezione per aprirla. Ruotare la protezione dell'articolazione per poter accedere ai perni. Allentarli, scegliere la regolazione corretta e reinserirli. Richiudere la protezione. Per bloccare i montanti a un'angolazione di 90°, scegliere la regolazione a 0° di entrambi i perni. Per bloccarli a 7,5°, 15°, 22,5° o 30° di flessione plantare o dorsiflessione, scegliere la regolazione desiderata di un perno (punto indicato con **"lock-bloccaggio"**) e posizionare l'altro perno nella regolazione corrispondente (con lo stesso numero) nella posizione aperta.

⚠ Serrare la vite di fermo con una chiave a brugola solo dopo aver eseguito il bloccaggio della flessione plantare o dorsiflessione a 0°, 7,5°, 15°, 22,5° o 30°. Ripetere corrispondentemente l'operazione sul lato opposto dello stivale.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA. Pulire l'imbottitura lavandola a mano in acqua fredda, con un detergente per tessuti delicati. Asciugare all'aria. Nota. Se non risciacquate perfettamente, i residui di sapone potrebbero provocare irritazioni cutanee o danneggiare il materiale.
GARANZIA. DJO, LLC si impegna a riparare o sostituire il prodotto e i relativi accessori, per intero o in parte, per eventuali difetti dei materiali o di lavorazione per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto.
Brevetti in corso di registrazione
Utilizzare su una singolo paziente

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO IN GRADO DI OFFRIRE SEMPRE IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E CONFORT, IL PRESENTE DISPOSITIVO RAPPRESENTA SOLO UNO DEGLI ELEMENTI DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO PRESCRITTO DAL MEDICO. NON È POSSIBILE GARANTIRE CHE L'USO DEL PRODOTTO PREVENGA IL VERIFICARSI DI LESIONI.

ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE STATUNITENSE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO A PERSONALE MEDICO O PROVVISTO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION PRÉVUE — INDICATIONS : Cette orthèse est indiquée dans les cas suivants : entorses aigües de la cheville, blessure des tissus mous du bas de la jambe, fractures de fatigue du bas de la jambe, fractures stables du pied et de la cheville, fractures stables à consolidation retardée ou non consolidées du tibia et du péroné distaux, réfections du tendon d'Achille.
CONTRE-INDICATIONS : L'utilisation de cette orthèse n'est recommandée que si la fracture est incontestablement stable et que les limites de difformité angulaire et rotatoire sont acceptables. La décision d'utiliser cette orthèse incombe entièrement au médecin traitant.
INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT : Ce produit est destiné à servir d'appoint aux traitements médicaux généralement appliqués dans les cas ci-dessus. La fréquence et la durée d'utilisation de l'orthèse doivent être déterminées par le médecin ou le thérapeute responsable du traitement. **Remarque :** Du fait de la semelle extérieure moulée, l'orthèse peut être légèrement plus haute qu'une chaussure standard. Dans ce cas, le port d'une chaussure de sport ou d'une chaussure ayant un talon d'un centimètre et demi peuvent améliorer le confort du patient. Une semelle intérieure peut également être utilisée avec la chaussure portée au pied non blessé.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : Consultez toujours le médecin ou le professionnel de la santé concerné avant de modifier l'orthèse. Ce produit doit être utilisé sous la supervision d'un professionnel de la santé ; il n'est pas destiné à une utilisation non supervisée par n'importe qui. En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction anormale lors de l'utilisation de ce produit, se mettre en rapport immédiatement avec le médecin concerné.
INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE : Pour la première utilisation, desserrer les sangles et enlever le chausson de la botte.

1) Deux coussinets en mousse sont fournis pour améliorer le confort du patient au niveau de la cheville.
2) Si les coussinets doivent être ajustés, les retirer du chausson et les séparer. Le coussinet le plus petit doit le premier être placé dans le chausson. Au niveau des ouvertures en V, repliez les panneaux latéraux vers l'intérieur. Assurez-vous que les trois (3) bandes Velcro® soient placées au centre de chaque panneau. Le coussinet replié doit être positionné au milieu de l'arrière du chausson, avec les ouvertures en V positionnées à la base du talon. Ouvrez les panneaux latéraux du coussinet et fixez-les à chaque côté du chausson. Remarque : Une fois placé correctement, le coussinet doit entourer l'arrière de la cheville. Le coussinet de taille supérieure peut être placé directement sur le chausson ou ajouté par-dessus le petit coussinet si nécessaire. Il se met en place de la même manière que le petit coussinet.
3) Placez votre pied dans le chausson et fermez l'orthèse avec les fixations par contact. Assurez-vous que le talon est bien à fond vers l'arrière. Fixez d'abord le rabat pour l'avant du pied au chausson, puis procédez de même pour le rabat de la jambe inférieure. Assurez-vous que le chausson soit bien ajusté et assez serré de haut en bas.
4) La hauteur des deux montants (parties verticales) peut être raccourcie de cinq centimètres pour adapter l'orthèse à la hauteur du patient. **Pour diminuer la hauteur des montants :** Fixer les montants au bord d'une table ou d'une surface solide. Appuyer fermement sur la partie cassable des barres. Des bandes Velcro® souples sont attachées en haut de chaque chausson. Suivant la partie cassable des barres, les bandes doivent être placées en haut de chaque montant ou le chausson peut être replié par-dessus les montants si cela améliore le confort.
5) Écartez les montant à l'aide des deux mains et introduisez le pied dans la botte, en alignant les montants avec le milieu de la cheville. Retirez les enveloppes en plastique des montants et attachez le chausson. On peut plier les parties verticales pour qu'elles se conforment au contour de la jambe.
6) Les deux bandes au niveau de l'articulation de la cheville peuvent s'adapter aux besoins particuliers du patient. **Avant de fixer ces sangles, il convient de déterminer la méthode de contention. Croisement des sangles à la cheville : 6a)** La sangle 3 est amovible et se fixe à l'aide de l'anneau métallique du montant opposée. **6b)** Si un croisement des sangles est nécessaire, faites passer la sangle 3 dans l'anneau du montant opposé. Croisez la sangle 2 par-dessus la bande 3, faites-la passer dans l'anneau du montant opposé, puis serrez la sangle. Serrez ensuite toutes les autres sangles, en commençant au niveau des orteils puis en remontant vers la jambe.

Instructions pour le réglage de la charnière de limitation de mouvement : Ouvrir le couvre-charnière en le faisant glisser. Faire tourner le couvre-charnière afin d'exposer les broches. Retirer les broches, sélectionner les positions appropriées et remettre les broches en place. Refermer le couvre-charnière. Pour bloquer les parties verticales à un angle fixe de 90°, mettre les deux broches à la position 0°. Pour les bloquer en flexion plantaire ou dorsale avec un angle de 7,5°, 15°, 22,5° ou 30°, mettre une broche à la position désirée dans l'emplacement marqué **« lock »** (verrouillé) et une deuxième broche au réglage correspondant (même numéro) à la position opposée ouverte.

⚠ Ne serrer la vis cinch (avec une clé hexagonale) que lorsque les parties verticales sont bloquées en flexion plantaire ou dorsale de 0°, 7,5°, 15°, 22,5° ou 30°. Procéder de même pour la charnière de l'autre côté de l'orthèse, en utilisant les mêmes réglages.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Nettoyer le chausson à la main avec de l'eau froide et du savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Remarque : Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.
GARANTIE : DJO LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ces accessoires pour tout défaut de matériel ou de façon pour une période de six mois à compter de la date de vente.
Brevet en instance
Pour utilisation sur un seul patient

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, CE DISPOSITIF NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DU PROGRAMME DE TRAITEMENT GLOBAL ADMINISTRÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES: Steun voor acuut verstuikte enkels, letsel van de weke delen van het onderbeen, stressfracturen van het onderbeen, stabiele voet- en enkelbreuken, traag genezende of niet-genezende fracturen van de distale tibia en fibula, herstel van de achillespees.
CONTRA-INDICATIES: Het gebruik van dit hulpmiddel wordt alleen aangeraden als de fractuur duidelijk stabiel is en de hoek- en rotatievervorming binnen acceptable grenzen ligt. Alleen de behandelende arts kan bepalen wanneer de steun moet worden toegepast.
VOORSCHRIJFINFORMATIE VOOR DE ARTS: Dit product is ontworpen als aanvulling op de verschillende gangbare medische behandelingen van de hierboven genoemde aandoeningen. De arts die dit hulpmiddel voorschrijft, moet de gebruiksfrequentie en -duur bepalen. **Opm.:** vanwege de speciaal gevormde buitenzool kan de orthopedische walkerschoen iets hoger zijn dan een normale wandelschoen; daarom kan de patiënt, indien nodig voor zijn of haar comfort, een gymschoen of een normale schoen met een hak van 1,27 cm dragen. Een verhoogde hak kan ook worden gebruikt in de schoen van de niet-aangetaste voet.
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: Raadpleeg altijd uw arts of therapeut voordat u veranderingen aan de steun verricht. Dit product moet worden gebruikt onder toezicht van een arts. Het is niet bedoeld voor algemeen gebruik zonder toezicht. Raadpleeg uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of een andere ongebruikelijke reactie ondervindt bij het gebruik van dit product.
INFORMATIE OVER HET AANBRENGEN: Bij de eerste keer moet u alle riemen losmaken en de voering uit de schoen halen.

1) Twee verwijderbare schuimrubberen enkelkussens worden voor het comfort van de patiënt meegeleverd.
2) Als de kussens moeten worden aangepast, verwijder dan beide kussens uit de voering en haal ze uit elkaar. Het kleine kussen dient eerst in de voering te worden geplaatst. Vouw de zijpanelen bij de V-vormige uitsparingen naar het midden. Zorg dat de drie (3) klittenbanden zich in het midden van elk paneel bevinden. Het gevouwen kussen moet in het midden op de achterkant van de voering liggen, met de V-uitsparingen aan de onderkant van de hiel. Open de zijpanelen van het kussen en bevestig deze aan een kant van de voering. Opm.: Het kussen moet goed rond de enkel passen als deze goed is aangebracht. Indien nodig, kan het grote kussen direct op de voering worden aangebracht of bovenop het kleine kussen. Dit wordt op dezelfde manier aangebracht als het kleine kussen.
3) Plaats de voet in de voering en maak deze met de contactsluiting vast. Zorg dat de hiel goed strak in het achterste gedeelte van de voering zit. Maak eerst de voorvoetflap aan de voering vast en dan het onderste gedeelte van het been. Zorg dat de voering van onder tot boven goed vastzit.
4) Beide verticale delen kunnen met 2" (5 cm) worden ingekort naargelang de lichaamslengte van de patiënt. **Afbreken van de verticale delen:** Leg de verticale delen op de rand van een tafel of ander hard oppervlak. Druk het afbreekgedeelte van de strip stevig omlaag. Zacht klittenband bevindt zich aan de bovenkant van elke voering. Na het afbreken van de staven moeten de banden boven aan de verticale delen worden aangebracht of de voering kan, indien nodig, over de verticale delen worden gevouwen voor extra comfort en pasvorm.
5) Spreid de verticale delen met beide handen en stap in de schoen, waarbij u de verticale delen uitlijnt met de middellijn van de enkel. Verwijder de kunststof hulzen op de verticale delen en maak de voering vast. De verticale delen kunnen worden verbogen zodat ze beter om het been passen.
6) De twee riemen aan het enkelgewricht kunnen worden versteld naargelang de behoeften van de afzonderlijke patiënt. **Bepaal de gewenste enkelbevestigingsmethode, voordat u de schoenriemen vastmaakt. Veranderen in gekruiste enkelbanden: 6a)** Band 3 kan worden verwijderd en bevestigd door deze door de D-ring in het tegenoverliggende verticale deel te steken. **6b)** Als kruiselings bevestigen gewenst is, voer band 3 dan door de tegenoverliggende D-ring van de voorvoet. Bevestig band 2 kruiselings over band 3 en steek deze dan door de D-ring in het tegenoverliggende verticale deel en maak deze vast. Maak alle andere schoenriemen vast, vanaf de tenen en de voet verder omhoog langs het been.

Instructies voor het aanpassen van het bewegingsbereikscharnier: Schuif het afsluitdeksel open. Draai het afsluitdeksel van het scharnier om de pennen bloot te leggen. Verwijder de pennen, kies de juiste instellingen en steek de pennen er weer in. Sluit het afsluitdeksel. Om de verticale delen in een vaste hoek van 90° te vergrendelen, moet u beide pennen op 0° instellen. Om ze in een plantaire of dorsale flexiehoek van 7,5°, 15°, 22,5° of 30° te vergrendelen, zet u de ene pen in de gewenste stand op de plaats met de markering **"lock (vergrendelen)"** en de tweede pen in de overeenkomstige (hetzelfde nummer) stand in de open tegenovergestelde stand.

⚠ Draai de inbusbout (met inbussleutel) pas vast als deze in een vaste palmaire of dorsale flexiehoek van 0°, 7,5°, 15°, 22,5° of 30° is vergrendeld. Herhaal dit voor het scharnier aan de tegenovergestelde kant van de walkerschoen en kies de overeenkomstige nieuwe instellingen.
REINIGINGSINSTRUCTIES: Was de voering met de hand in koud water en zachte zeep. Laat de voering aan de lucht drogen. Opm.: Als de voering niet grondig wordt afgespoeld, kunnen zeepresten irritatie veroorzaken en het materiaal aantasten.
GARANTIE: DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als er materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd.
Octrooi aangevraagd
Uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHULP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, IS DIT APPARAAT SLECHTS EEN ELEMENT IN HET ALGEMENE BEHANDELINGSPROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD DOOR EEN MEDISCH DESKUNDIGE. ER IS GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

CAVE: DE FEDERALE WETGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN STAAT DE VERKOOP VAN DIT INSTRUMENT ALLEEN TOE DOOR OF OP VOORSCHRIFT VAN EEN BEVOEGD GEZONDHEIDSDESKUNDIGE.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE: Podpora pri akútnych vyvrtnutiach členka, poraneniach mäkkého tkaniva v spodnej časti nohy, stresových zlomeninách dolnej časti nohy, stabilných zlomeninách chodidla a členku, stabilných oneskorených zlomeninách s posunom fragmentov a bez posunu fragmentov distálnej tibie a fibuly, zákrokoch na Achillovej šľache.
KONTRAINDIKÁCIE: Použitie zariadenia sa odporúča iba za predpokladu, že je zlomenina preukázateľne stabilná a že uhlová a rotačná deformácia sú prijateľného charakteru. Indikácia použitia ortézy zostáva striktne na rozhodnutí ošetrujúceho lekára.
PRESKRIPČNÉ INFORMÁCIE: Tento produkt je určený ako doplnok k rôznym postupom liečby bežným pri vyššie uvedených zdravotných problémoch. Zdravotnícky pracovník, ktorý vám ortézu predpísal, by mal určiť pravidelnosť a dĺžku používania. **Poznámka:** Kvôli tvarovanej ploche vonkajšej podrážky môže byť ortopedická topánka mierne vyššia ako bežná obuv. Z toho dôvodu sa odporúča nosiť tenisky alebo topánky s podpätkom vo výške 1,25 cm (½"), pre pacienta to môže byť pohodlnejšie. Takisto môžete v topánke na zdravej nohe nosiť podpätenku.
VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Skôr než začnete ortézu upravovať, poraďte sa so svojím lekárom alebo terapeutom. Tento výrobok sa má vždy používať len pod dozorom zdravotníka. Táto pomôcka nie je vhodná na laické používanie bez dozoru. Pokiaľ pociťujete akúkoľvek bolesť, opuch, zmeny vnímania alebo akékoľvek neobvyklé reakcie pri používaní tohto produktu, okamžite to konzultujte so svojím lekárom.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ: Pri prvom nasadzovaní uvoľnite všetky popruhy a vyberte vložku z topánky.

1) S topánkou sa dodávajú dva snímateľné vankúšiky, s ktorými môže byť topánka pre pacienta pohodlnejšia.
2) Ak je potrebné vankúšiky upraviť, vyberte ich z vložky a oddeľte ich. Menší vankúšik by sa do vložky mal vkladať ako prvý. Vo výrezoch v tvare V zahnite bočné panely do stredu. Uistite sa, že sú (3) prúžky Velcro® na všetkých paneloch vystredené. Preložený vankúšik by mal byť vystredený v zadnej časti vložky s výrezmi v tvare V umiestnenými pri spodnej časti päty. Otvorte bočné panely vankúšika a pripevnite ich na oboch stranách vložky. Poznámka: Správne nasadený vankúšik by mal sedieť okolo oblasti členka. Veľký vankúšik môžete nasadiť priamo do vložky alebo v prípade potreby položiť navrch malého vankúšika. Spôsob nasadzovania je rovnaký ako u malého vankúšika.
3) Nohu zasuňte do vložky a zaistite pomocou kontaktného uzáveru. Uistite sa, že vaša päta pohodlne prilieha k zadnej stene vložky. Najskôr pripevnite klapku na prednej časti chodidla k vložke, až potom spodnú časť nohy. Uistite sa, že vložka pohodlne nasadá na dno.
4) Obe vertikálne podpery sa dajú skrátiť na polovicu, aby sa mohli prispôsobiť rôznym výškam pacientov. **Skracovanie vertikálnych podpier:** Pripevnite vertikálne podpery na okraj stola alebo na pevný povrch. Pevne zatlačte na zalamovaciu časť tyče. Prúžky Soft Velcro® sú súčasťou vrchnej časti všetkých vložiek. Po skrátení tyčí by sa mali prúžky nasadiť na hornú časť vertikálnych podpier. Takisto, ak je to pre pacienta pohodlnejšie alebo ak mu tak vložka lepšie sedí, je možné ju v prípade potreby prehnúť cez vertikálne podpery.
5) Roztiahnite vertikálne podpery obomi rukami a vložte nohu do topánky. Vertikálne podpery zarovnajte so stredovou čiarou členka. Odstráňte plastové puzdrá z vertikálnych podpier a zaistite vložku. Vertikálne podpery môžete ohnúť tak, aby čo najlepšie zodpovedali akejkoľvek kontúre nohy.
6) Dva popruhy na členku je takisto možné upraviť tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám pacienta. **Pred pripevnením popruhov topánky určte požadovaný spôsob zaistenia členka pomocou popruhov. Zaviazanie popruhov členka do kríža: 6a)** Popruh 3 sa dá odpojiť, pretiahnuť cez krúžok v tvare D a pripevniť na opačnú verikálnu podperu. **6b)** Ak sa rozhodnete pre zaviazanie popruhov do kríža, pretiahnite popruh 3 cez krúžok v tvare D na opačnej strane prednej časti nohy. Prekrížte popruh 2 cez popruh 3, pretiahnite ho cez krúžok v tvare D na opačnej vertikálnej podpere a pripevnite. Pripevnite všetky ostatné popruhy topánky – začnite od prstov na nohe a pokračujte smerom nahor.

Návod na prispôsobenie rozsahu pohybu kĺbu: Odsuňte kryt čiapočky. Čiapočku kĺbu otočte, aby sa odkryli kolíky. Uvoľnite kolíky, zvoľte správne nastavenie a kolíky vložte naspäť. Uzavrite kryt čiapočky. Vertikálne podpery uzamknete vo fixnom 90° uhle nastavením oboch kolíkov na 0°. Ak ich chcete uzamknúť v 7,5°, 15°, 22,5° alebo 30° plantárnej alebo dorzálnej flexii, nastavte jeden kolík do požadovanej polohy označenej **"lock" (uzamknuté)** a druhý kolík do zodpovedajúcej polohy (rovnaké číslo) v otvorenej oponujúcej pozícii.

⚠ Sťahovaciu skrutku zaťahujte (s Allenovým kľúčom), iba ak je systém uzamknutý vo fixnej pozícii pod uhlom 0°, 7,5°, 15°, 22,5° alebo 30° plantárnej alebo dorzálnej flexie. Postup zopakujte pri kĺbe na opačnej strane ortopedickej topánky tak, aby zodpovedal novému nastaveniu.
NÁVOD NA ČISTENIE: Vložku perte ručne v studenej vode s použitím jemného mydla. Sušte na vzduchu. Poznámka: Ak vložku dôkladne neopláchnete, zvyšné mydlo môže spôsobiť podráždenie pokožky a poškodenie materiálu.
ZÁRUKA: Spoločnosť DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a príslušenstva z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania v lehote šiestich mesiacov od dátumu predaja.
Žiadosť o patent podaná
Určené na použitie len jedným pacientom

POZNÁMKA: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNENÉ PORANENIU.

POZOR: FEDERÁLNE ZÁKONY USA OBMEDZUJÚ PREDAJ TOHTO ZARIADENIA NA LICENCOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA ALEBO NA JEHO PREDPIS.

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

BEREGNET ANVENDELSE/INDIKATIONER: Support til akutte forstuvninger af anklen, skader på blødt væv på underbenet, stressbrud på underbenet, stabile frakturer på foden og anklen, stabile, forsinkede frakturhelinger eller frakturer, som ikke vil hele, af den distale tibia og fibula, akillesseneudbedring.
KONTRAINDIKATIONER: Anvendelse af denne anordning anbefales kun, når frakturen er påviseligt stabil, og der er acceptable grænser for vinkelformet og drejelig deformitet. Bestemmelsen af, hvornår der skal anvendes skinne, påhviler fuldstændig den behandlendle læges skøn.
ORDINERINGSINFORMATION: Produktet er beregnet til at supplere de forskellige medicinske behandlinger, der er almindelige for ovennævnte lidelser. Den receptudstedende læge skal fastsætte anvendelsens frekvens og varighed. **Bemærk:** Som følge af den støbte ydersål, kan den ortopædiske støvle være en smule højere end en normal sko til udendørs brug. Derfor kan der anvendes en sportssko eller en sko til udendørs brug med en hæl på 1,25 cm, hvis det er nødvendigt af hensyn til patientens komfort. Der kan også anvendes et indlæg i skoen på den fod, der ikke er berørt.
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Konsultér altid lægen eller terapeuten, før noget ændres ved skinnen. Dette produkt må kun anvendes under opsyn af sundhedsfagligt personale. Produktet er ikke beregnet til brug uden vejledning. Hvis der opstår smerter, hævelser, følelsesmæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen straks kontaktes.
OPLYSNINGER OM ANVENDELSE: Ved første anvendelse løsnes alle remme, og foringen tages ud af støvlen.

1) Der medfølger to udtagelige skumankelpuder af hensyn til patientens komfort.
2) Hvis puderne kræver justering, tages begge puder ud af foringen og adskilles. Den mindste pude skal anbringes i foringen først. Ved V-udskæringerne foldes sidepanelerne mod midten. Sørg for, at de tre (3) Velcro® bånd centreres på hvert stykke. Den foldede pude skal centreres bag på foringen med V-udskæringerne placeret ved hælens nederste del. Åbn sidepanelerne på puden og fastgør på begge sider af foringen. Bemærk: Puden skal passe rundt om ankelområdet, når den er sat rigtigt på. Den store pude kan sættes direkte på foringen eller lægges i lag oven på en lille pude efter behov. Anvendelsen er den samme som for den lille pude.
3) Anbring foden i foringen og fastgør med kontaktlukning. Sørg for, at hælen passer godt i foringens bageste del. Fastgør forfodsflappen på foringen efterfulgt af delen på underbenet. Sørg for, at foringen sidder godt fra øverst til nederst.
4) Begge lodrette dele kan forkortes med 5 cm for at passe til forskellige patienters højde. **Sådan skilles de lodrette dele ad:** Fastgør de lodrette dele på kanten af et bord eller hård overflade. Tryk fast ned på den del af skinnen, der kan skilles ad. Der medfølger bløde Velcro®-remme øverst i hver foring. Når skinnerne er skilt ad, skal remmene sættes på øverst på de lodrette dele, eller foringen kan om nødvendigt foldes over de lodrette dele for mere komfort og bedre pasform.
5) Spred de lodrette dele med begge hænder og træd ind i støvlen og juster de lodrette dele med anklens midtlinje. Fjern plastichylstrene på de lodrette dele og fastgør foringen. De lodrette dele kan bøjes, så de kan tilpasses til enhver benkontur.
6) De to remme ved ankelleddet kan tilrettes, så de kan tilpasses til individuelle patientbehov. **Inden støvleremmene fastgøres, skal den ønskede ankelfastspændingsmetode besluttes. Ankelkrydsremsomlægning: 6a)** Rem 3 kan tages af og kan fastgøres ved at føre den igennem d-ringen på den modsatte lodrette del. **6b)** Hvis der er behov for krydsfastspænding, føres rem 3 gennem den modsatte d-ring til forfoden. Kryds rem 2 over rem 3, før den igennem d-ringen på den modsatte lodrette del og fastgør den. Fastgør alle støvleremme, og begynd ved tæerne og arbejd opad benet.

Vejledning til justering af Range-of-Motion-hængsel: Skub kappedækslet op. Drej hængselkappen, så splitterne kommer til syne. Frigør splitterne, vælg de rigtige indstillinger og sæt splitterne i igen. Luk kappedækslet. De lodrette dele låses fast i en vinkel på 90° ved at indstille begge splitters indstilling på 0°. Lås fast i 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° i plantar eller dorsalfleksion, set en split på den tilsigtede indstilling på positionen markeret **"lås"** og den anden split i en tilsvarende (samme nummer) indstilling i den åbne, modsatte position.

⚠ Spænd kun strammeskruen (med unbrakonøgle), når den er låst i fast position i 0°, 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° i plantar eller dorsalfleksion. Gentag proceduren for hængslen på støvlens modsatte side, så den passer til de nye indstillinger.
RENGØRINGSANVISNINGER: Foringen vaskes i hånden i koldt vand med en mild sæbe. Lufttørres. Bemærk: Skylles produktet ikke grundigt, kan sæberester forårsage irritation og svække materialet.
GARANTI: DJO, LLC reparerer eller udskifter hele eller dele af enheden og dens tilbehør vedrørende fejl i materialer eller udførelse i op til seks måneder efter salgsdatoen.
Patentansøgt
Må kun anvendes på én patient

BEMÆRK: SELV OM DER ER ANVENDT DE NYESTE TEKNIKKER MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ MAKSIMAL FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG KOMFORT, UDGØR DENNE ANORDNING DOG KUN EN DEL AF DET GENERELLE BEHANDLINGSPROGRAM, DER UDFØRES AF EN LÆGE. DER ER INGEN GARANTI FOR, AT SKADER KAN UNDGÅS VED ANVENDELSE AF DETTE PRODUKT.

FORSIGTIG: IFØLGE AMERIKANSK LOV MÅ ANORDNINGEN KUN SÆLGES AF EN AUTORISERET LÆGE ELLER PÅ DENNES ANVISNING.















SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Stöd för akuta ankelstukningar, mjukvävnador på underben, stressfrakturer på underben, stabila frakturer på fot och ankel, stabil fördröjd läkning eller oläkta frakturer på distalt skenben och vadben, reparation av akillessena.
KONTRAINDIKATIONER: Applicering av denna enhet rekommenderas endast när frakturen är bevisligen stabil och när det finns acceptabla gränser för angulär och rotationsmässig deformitet. Det är uteslutande den behandlande läkarens bedömning som avgör när stödet ska appliceras.
FÖRSKRIVNINGSINFORMATION: Denna produkt har utformats för att komplettera de olika medicinska behandlingar som är vanliga vid ovanstående besvär. Din ordinerande läkare ska bestämma frekvens och varaktighet för användningen. **Obs!** På grund av den formgjutna yttersulan kan det ortopediska gångstödet vara en aning högre än en vanlig promenadsko och därför kan en träningssko eller en promenadsko med 1,25 cm klack användas om detta behövs för öka patientens komfort. En hällyft kan också användas i skon på den friska foten.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Rådgör alltid med din läkare eller terapeut innan du gör några ändringar på stödet. Denna produkt ska endast användas under överinseende av en medicinsk vårdgivare. Produkten är inte avsedd för allmän användning utan kontroll. Om du känner smärta, svullnad, känselförändringar eller någon ovanlig reaktion när du använder denna produkt skall du omedelbart rådfråga din läkare.
INFORMATION OM ANVÄNDNING: Vid första appliceringstillfället, lossa alla remmar och ta bort insatsen ur stödet.

1) Två avtagbara ankeldynor av skumgummi medföljer för patientens komfort.
2) Om dynorna behöver justeras, ta bort båda dynorna från insatsen och skilj dem åt. Den mindre dynan ska stoppas ner i insatsen först. Vik sidopanelerna mot mitten vid V-utskärningarna. Se till att de tre (3) Velcro®-remsorna är centrerade på varje panel. Den vikta dynan ska centreras på baksidan av insatsen med V-utskärningarna positionerade vid hälens bas. Öppna dynans sidopaneler och fäst dem vid endera sidan av insatsen. Obs: Dynan ska sitta runt ankelområdet när den är korrekt applicerad. Den stora dynan kan appliceras direkt på insatsen eller läggas ovanpå den lilla dynan efter behov. Appliceringen är likadan som för den lilla dynan.
3) Placera foten i insatsen och fäst den. Se till att hälen passas in utan glapp i bakre delen av insatsen. Fäst framfotsklaffen först, följt av underbensdelen. Kontrollera att insatsen sitter åt hela vägen.
4) Båda de uppåtgående skenorna kan kortas med fem cm för att passa olika patientlängder. **Nedkortning av uppåtgående skenor:** Håll fast de uppåtgående skenorna över kanten av ett bord eller en annan hård yta. Tryck ordentligt nedåt på skenans delbara sektion. Mjuka Velcro® remsor sitter överst på varje insats. När skenorna har delats upp, ska remsorna appliceras överst på de uppåtgående skenorna eller också kan insatsen vikas över de uppåtgående skenorna för ökad komfort och passform.
5) Sära på de uppåtgående skenorna med båda händerna och kliv i stödet. Passa in de uppåtgående skenorna med ankelns mittlinje. Ta bort plastskydden på de uppåtgående skenorna och fäst insatsen. De uppåtgående skenorna kan böjas för att passa alla benformer.
6) De två remmarna vid ankelleden kan anpassas efter individuella patientbehov. **Innan du fäster stödets remmar, bestäm hur du vill säkra ankeln. Ändring av korsrem: 6a)** Rem 3 är avtagbar och kan fästas genom att den matas in genom d-ringen på den uppåtgående skenan på motsatt sida. **6b)** Om korsfastsättning önskas, mata in rem 3 genom d-ringen på motsatt framfot. Korsa rem 2 över rem 3, mata in den genom d-ringen på den uppåtgående skenan på motsatt sida och fäst den. Fäst alla övriga stödremmar genom att börja vid tårna och arbeta dig uppför benet.

Instruktioner för justering av gångjärn för rörelseområde: Skjut på skyddet så att det öppnas. Vrid på skyddet så att stiften blir synliga. Frigör stiften, välj önskade inställningar och sätt tillbaka stiften. Stäng skyddet. För att låsa de uppåtgående skenorna i en fast 90° vinkel, ställ in båda stiftinställningar på 0°. För låsning i 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° plantar flexion eller dorsiflexion, ställ in ett stift i önskad inställning i läget märkt **"lock"** (lås) och det andra stiftet i motsvarande (samma nummer) inställning i det motsatta öppna läget.

⚠ Spänn endast cinch-skruven (med insexnyckel) vid låsning i fast läge på 0°, 7,5°, 15°, 22,5° eller 30° plantar flexion eller dorsiflexion. Upprepa proceduren för gångjärnet på motsatt sida av gångstödet för att matcha de nya inställningarna.
INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING: Tvätta insatsen för hand i kallt vatten med mild tvål. Låt lufttorka. Obs: Om produkten inte sköljs ordentligt kan kvarvarande tvålrester orsaka irritation och förstöra materialet.
GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vid brister i material eller utförande under en period om sex månader från försäljningsdatumet.
Patent har sökts
Endast för användning på en patient

OBS! EMEDAN DET YTTERSTA HAR GJORTS VAD GÄLLER SENASTE TEKNOLOGI FÖR ATT ERHÅLLA MAXIMAL FUNKTIONSKOMPATIBILITET, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, UTGÖR DENNA ANORDNING ENDAST EN BESTÅNDSDEL I DET TOTALA BEHANDLINGSPROGRAMMET SOM UTFÄRDAS AV LÄKAREN. DET FINNS INGEN GARANTI FÖR ATT SKADOR FÖRHINDRAS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.

VARNING! ENLIGT FEDERAL LAG (USA) FÅR DENNA ANORDNING ENDAST SÄLJAS AV ELLER PÅ ORDINATION AV LEGITIMERAD LÄKARE.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT: Käytetään tukena nilkan akuuteissa venähdyksissä, jalan alaosan pehmeän kudoksen vaurioissa, jalan alaosan rasitusvammoissa, jalkaterän ja nilkan stabiileissa murtumissa, sääriluun tai pohjeluun stabiileissa, viivästyneesti luutuvissa tai luutumattomissa distaalimurtumissa ja akillesjänteen korjauksissa.
KONTRAINDIKAATIOT: Tuotteen käyttöä suositellaan vain silloin, kun murtuma on selvästi stabiili ja kun angulaarinen ja rotationaalinen deformaatio ovat hyväksytyissä rajoissa. Vain hoitava lääkäri voi päättää tuen käyttämisestä.
MÄÄRÄYSTIEDOT: Tämä tuote on suunniteltu täydentämään edellä mainittuihin vaivoihin yleisesti käytettäviä erilaisia hoitokeinoja. Hoidosta vastaavan lääketieteen ammattilaisen tulee päättää käytön tiheydestä ja kestosta. **Huomautus:** Muotoutuvasta ulkopohjallisesta johtuen ortopedinen hoitokenkä voi olla hieman korkeampi kuin tavallinen kävelykenkä. Tämän vuoksi potilaan mukavuuden takaamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää urheilukenkää tai kävelykenkää, jonka korko on 1,3 cm (½"). Terveessä jalassa voidaan myös käyttää kantapääkorkoa.
VAROITUKSET JA VAROTOIMET: Pyydä lääkäriltä tai terapeutilta neuvoa aina, ennen kuin teet tukeen muutoksia. Tuotetta saa käyttää ainoastaan lääketieteen ammattilaisen valvonnassa. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu valvomattomaan yleiseen käyttöön. Jos sinulla esiintyy tätä tuotetta käyttäessäsi kipua, turvotusta, tunnon muutoksia tai epätavallisia reaktioita, pyydä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.
PUKEMISOHJEET: Löysää ensimmäisellä käyttökerralla kaikki kiinnityshihnat ja poista sisus kengästä.

1) Potilaan mukavuuden takaamiseksi hoitokengässä on kaksi irrotettavaa vaahtomuovista nilkkapehmustetta.
2) Jos pehmusteet vaativat säätämistä, poista pehmusteet sisuksesta ja erota ne toisistaan. Pienempi pehmuste tulee sijoittaa sisukseen ensin. Taita V-leikkauksissa sivupaneelit keskustaa kohden. Varmista, että kolme (3) Velcro®-tarranauhaa keskitetään kunkin paneelin päälle. Taitettu pehmuste tulee kohdistaa sisuksen takaosaan V-leikkausten ollessa kantapään pohjalla. Avaa pehmusteen sivupaneelit ja kiinnitä sisuksen jommallekummalle puolelle. Huomaa: Pehmusteen täytyy ylettyä oikein asennettuna nilkan ympäri. Suurempi pehmuste voidaan asettaa tarpeen mukaan joko suoraan sisukseen tai pienemmän pehmusteen päälle. Pukeminen on sama kuin pienen pehmusteen kohdalla.
3) Aseta jalka sisukseen ja kiinnitä suljin. Varmista, että jalkapohja on tiiviisti sisuksen takaosassa. Kiinnitä ensin sisuksen etuosan läppä ja sitten säären alaosan osuus. Varmista, että sisus on tiivis koko matkalta.
4) Molempia pystyosia voidaan lyhentää 5,1 cm (2") eripituisten potilaiden tarpeisiin vastaamiseksi. **Pystyosien taittaminen:** Aseta pystyosat pöydän reunalle tai kovalle pinnalle. Paina voimakkaasti alas tangon taitto-osasta. Jokaisen sisuksen yläosassa on pehmeät Velcro®-tarranauhat. Tankojen taittamisen jälkeen nauhat kiinnitetään pystyosien yläosaan tai sisus voidaan taittaa pystyosien päälle mukavuuden ja istuvuuden parantamiseksi.
5) Levitä pystyosat molemmilla käsillä ja astu kenkään. Kohdista pystyosat nilkan keskilinjaan. Poista pystyosien muovisuojukset ja kiinnitä sisus. Pystyosia voidaan taivuttaa vastaamaan jalan eri muotoja.
6) Nilkkanivelen kahta kiinnityshihnaa voidaan säätää vastaamaan potilaan yksilöllisiä tarpeita. **Valitse haluamasi nilkan kiinnitysmenetelmä ennen hoitokengän kiinnitysnauhojen kiinnittämistä. Nilkan ristikiinnitys: 6a)** Hihna 3 on irrotettava ja se voidaan kiinnittää viemällä se vastakkaisen pystyosan d-renkaan läpi. **6b)** Vie hihna 3 ristikiinnitystä varten jalan etuosan vastakkaisen d-renkaan läpi. Vedä hihna 2 ristiin hihnan 3 yli, vie se sitten vastakkaisen pystyosan d-renkaan läpi ja kiinnitä. Kiinnitä kaikki muut hoitokengän kiinnitysnauhat aloittaen varpaasta ja siirtyen ylöspäin.

Ohjeet liikealuesaranan säätämiseen: Liu'uta suojakansi auki. Käännä saranasuojusta saadaksesi tapit esiin. Vapauta tapit, valitse sopivat asetukset ja aseta tapit paikoilleen. Sulje suojakansi. Lukitaksesi pystyosat 90° kulmaan, aseta molempien tappien asetukseksi 0°. Lukitaksesi plantaari- tai dorsifleksioksi 7,5°, 15°, 22,5° tai 30° aseta haluamaasi **"lukko"**-alueella olevaan asetukseen yksi tappi ja asetusta vastaavaan (sama numero) vastakkaisella puolella olevaan avoimeen paikkaan toinen tappi.

⚠ Kiristä varmistusruuvi (kuusioavaimella) vain lukitessasi plantaari- tai dorsifleksion asentoihin 0°, 7,5°, 15°, 22,5° tai 30°. Toista toimenpide hoitokengän toisella puolella olevalle saranalle, jotta uudet asetukset vastaavat toisiaan.
PUHDISTUSOHJEET: Puhdista sisus pesemällä käsin kylmässä vedessä käyttäen mietoa saippuaa. Anna kuivua itsestään. Huomautus: Jos tuotetta ei huuhdota perusteellisesti, saippuajäämät voivat aiheuttaa ärsytystä ja heikentää materiaalia.
TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.
Patenttia haettu
Vain yhden potilaan käyttöön

HUOMAUTUS: TÄMÄ LAITE ON VALMISTETTU VIIMEISTEN MENETELMIEN MUKAAN MAHDOLLISIMMAN TOIMIVAKSI, KESTÄVÄKSI JA MUKAVAKSI KÄYTTÄÄ. SE ON KUITENKIN VAIN YKSI OSA LÄÄKINNÄLLISEN AMMATTIHENKILÖN ANTAMASTA HOITO-OHJELMASTA. MITÄÄN TAKUITA EI OLE SIITÄ, ETTÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTETTÄESSÄ VÄLTYTTÄISIIN VAMMOILTA.

HUOMAUTUS: YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION LAIN MUKAAN TÄMÄN LAITTEEN SAA MYYDÄ AINOASTAAN LÄÄKÄRI TAI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE: Opora při akutním podvrtnutí kotníku, poranění měkkých tkání distální části dolní končetiny, námahových zlomeninách distální části dolní končetiny, stabilních zlomeninách nohy a kotníku, stabilních opožděných sdružených nebo nesdružených zlomeninách distálního konce tibie a fibuly, reparacích Achillovy šlachy.
KONTRAINDIKACE: Tento prostředek se doporučuje používat pouze tehdy, jestliže je fraktura prokazatelně stabilní a omezení angulární a rotační deformity je přijatelné. Kdy se použije ortéza, je zcela na rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
INFORMACE K PŘEDEPISOVÁNÍ: Tento výrobek byl navržen jako doplněk různých dalších léčebných metod běžně využívaných pro výše uvedená onemocnění. Frekvenci a délku trvání použití stanoví váš lékař, který pomůcku předepisuje. **Poznámka:** Díky tvarované podrážce může být ortopedická bota trochu vyšší než normální vycházková obuv, a proto je kvůli pohodlí pacienta v případě nutnosti možno nosit sportovní nebo vycházkovou obuv s podpatkem výšky 1,27 cm (½"). V botě na nepostižené noze lze rovněž nosit podpatkový plátek.
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Před prováděním jakýchkoli úprav ortézy se vždy poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem. Tento produkt je určen k použití pod dohledem zdravotnických pracovníků. Není určen k obecnému použití bez náležitého zdravotnického dohledu. Pokud při používání tohoto produktu pociťujete jakoukoli bolest, otok, změny citu při dotyku nebo jakékoli neobvyklé reakce, obraťte se bez prodlení na svého lékaře.
INFORMACE O POUŽITÍ: Před prvním použitím uvolněte všechny pásky a vyjměte z boty vložku.

1) Kvůli pohodlí pacienta jsou dodávány dvě odnímatelné, pěnové kotníkové podložky.
2) Jestliže je nutno podložky upravit, vyjměte obě podložky z vložky a oddělte je. Menší podložku je nutno do vložky umístit jako první. U výřezů tvaru V přehněte postranní křídla směrem ke středu. Ujistěte se, že tři (3) proužky se suchými zipy Velcro® jsou na každém křídle vystředěny. Přehnutou podložku je zapotřebí vystředit na zadní straně vložky tak, aby výřezy tvaru V byly uloženy u základny podpatkové části. Rozevřete postranní křídla podložky a připněte je po obou stranách vložky. Poznámka: Při správné aplikaci musí podložka v oblasti kotníku dobře padnout. Větší podložku je možno podle potřeby připevnit přímo na vložku, nebo položit na horní část menší podložky. Malá podložka se aplikuje stejně.
3) Do vložky položte nohu a zajistěte ji kontaktním zapínáním. Zajistěte, aby pata dobře seděla v zadní části vložky. Nejprve zapněte klopu v přední části nohy a poté tibiální část. Ujistěte se, že vložka odshora dolů dobře sedí.
4) Oba svislé prvky je možno zkrátit o 5 cm tak, aby ortéza sedla pacientům různé výšky. **Odlomení svislých prvků:** Upevněte prvky na hranu stolu nebo pevného povrchu. Silně zatlačte v místě pro odlomení lišty. V horní části každé vložky jsou měkké pásky se suchými zipy Velcro®. Po odlomení lišt je třeba v horní části svislých prvků připevnit pásky, nebo lze přes svislé prvky v případě potřeby ovinout vložku, čímž zajistíte větší pohodlí a přizpůsobení.
5) Oběma rukama odtáhněte svislé prvky, vložte nohu do boty a svislé prvky zarovnejte se střední čárou kotníku. Sejměte ze svislých prvků plastová pouzdra a připněte vložku. Svislé prvky lze ohnout tak, aby odpovídaly jakémukoli tvaru dolní končetiny.
6) Dva pásky kolem kotníku lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly individuálním potřebám pacienta. **Než připnete pásky boty, rozhodněte se pro některou z metod upnutí kotníkových pásků. Zkřížené převedení kotníkových pásků: 6a)** Pásek 3 je odnímatelný a lze jej zapnout provlečením přes D-kroužek na protějším svislém prvku. **6b)** Přejete-li si pásky zapnout do kříže, provlečte pásek 3 skrz D-kroužek na protější straně přední části boty. Překřižte pásek 2 přes pásek 3, provlečte jej skrz D-kroužek na protějším svislém prvku a zapněte. Zapněte všechny zbylé pásky; začněte u prstů a postupujte směrem nahoru.

Pokyny k nastavení čepu, pomocí něhož se upravuje rozsah pohybu: Otevřete krytku. Otočte krytku čepu a zpřístupněte kolíčky. Vyndejte kolíčky, zvolte správné nastavení a kolíčky zasuňte zpět. Zavřete krytku. Chcete-li svislé prvky zafixovat v úhlu 90°, obě nastavení kolíčků musí být v úhlu 0°. Pro zafixování v plantární dorsiflexi v úhlech 7,5°, 15°, 22,5° nebo 30° nastavte jeden kolíček do požadované polohy označené **„lock"** a druhý kolíček do odpovídající otevřené protější polohy (stejné číslo).

⚠ Šroub utáhněte (pomocí imbusového klíče) pouze tehdy, jestliže jste kolíčky zafixovali v plantární dorziflexi v úhlu 0°, 7,5°, 15°, 22,5° nebo 30°. Postup zopakujte i s čepem na protější straně ortézy tak, aby nová nastavení byla stejná.
POKYNY K ČIŠTĚNÍ: Vložku perte ručně ve studené vodě za použití jemného mýdla. Nechejte volně oschnout na vzduchu. Poznámka: Pokud není zbytkové mýdlo důkladně opláchnuto, může dojít k podráždění kůže a poškození materiálu.
ZÁRUKA: Společnost DJO, LCC opraví nebo nahradí jakoukoli část jednotky a jejího příslušenství v případě závady materiálu nebo výrobní vady, která bude zjištěna do šesti měsíců od data prodeje.
Patent se vyřizuje.
Pouze pro jednoho pacienta.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLA VĚNOVÁNA VEŠKERÁ SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNÍ DOBY PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, TOTO ZAŘÍZENÍ JE POUZE JEDNÍM ELEMENTEM V CELÉM LÉČEBNÉM PROGRAMU PROVÁDĚNÉM ZDRAVOTNICKÝM PROFESIONÁLEM. NEEXISTUJE PROTO ZÁRUKA, ŽE BUDE PŘI POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNĚNO PORANĚNÍ.

POZOR: FEDERÁLNÍ ZÁKONY USA OMEZUJÍ PRODEJ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NA LICENCOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA NEBO NA JEHO PŘEDPIS.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES: Apoio para entorses graves do tornozelo, lesões do tecido mole da parte inferior da perna, fracturas de stress da parte inferior da perna, fracturas estáveis do pé e do tornozelo, fracturas estáveis de união atrasada ou não união da tíbia distal e do perónio, reparações do tendão de Aquiles.
CONTRA-INDICAÇÕES: A aplicação deste dispositivo é recomendada apenas quando a fractura seja comprovada estável e existam limites admissíveis de deformação angular e rotacional. A decisão da utilização do imobilizador ficará ao critério do médico.
INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO: Este produto foi concebido para complementar a variedade de tratamentos médicos comuns aos problemas acima indicados. O profissional de saúde que receitou este dispositivo deverá determinar a frequência e o tempo de utilização. **Nota:** Devido à sola exterior moldada, o calçado ortopédico poderá ser ligeiramente mais alto do que um sapato normal, pelo que poderá ser utilizado um sapato de ténis ou um sapato normal com um tacão de 1,25 cm para o conforto do paciente, se necessário. Poderá também ser usado um tacão elevado no sapato utilizado no pé não afectado.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Consulte sempre o seu médico ou terapeuta antes de fazer alterações no imobilizador. Este produto deve ser utilizado sob supervisão de um profissional de saúde. Este dispositivo não se destina a utilização pública sem supervisão. Se sentir qualquer dor, inchaço, mudanças de sensibilidade ou qualquer reacção anormal durante a utilização deste produto, consulte imediatamente o seu profissional de saúde.
INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO: Aquando da primeira utilização, afrouxe todas as correias e retire o forro da bota.

1) Para o conforto do paciente são fornecidas duas almofadas de espuma amovíveis para o tornozelo.
2) Se as almofadas necessitarem de ajustamento, retire-as do forro e separe-as. A almofada mais pequena deverá ser colocada em primeiro lugar no forro. Nos entalhes em V, dobre os painéis laterais na direcção do centro. Assegure-se de que as três (3) fitas Velcro® estão centradas em cada painel. A almofada dobrada deverá estar centrada na parte posterior do forro com os entalhes em V posicionados na base do tacão. Abra os painéis laterais da almofada e prenda-os em cada lado do forro. Nota: Quando colocada correctamente, a almofada deverá ajustar-se em torno do tornozelo. A almofada maior poderá ser aplicada directamente no forro ou colocada por cima da almofada mais pequena, conforme necessário. O seu método de aplicação é idêntico ao do da almofada mais pequena.
3) Coloque o pé no forro e prenda-o com o fecho de contacto. Assegure-se de que o tacão fica bem ajustado na parte posterior do forro. Prenda primeiro a aba do antepé no forro e depois a da parte inferior da perna. Assegure-se de que o forro fica bem ajustado, de cima a baixo.
4) As duas barras verticais podem ser encurtadas em 5 cm, de modo a adaptarem-se à altura do paciente. **Como ajustar as barras verticais:** Prenda as barras verticais sobre a borda de uma mesa ou de uma superfície rígida. Empurre para baixo, com força, a parte da barra que vai ser ajustada. A parte superior de cada forro contém fitas Velcro® macias. Após o ajustamento das barras, as fitas deverão ser aplicadas na parte superior das barras verticais ou o forro poderá ser dobrado sobre as barras verticais, se necessário, para proporcionar um melhor conforto e ajustamento.
5) Separe as barras verticais com ambas as mãos e calce a bota, alinhando as barras verticais com a linha mediana do tornozelo. Retire as bainhas de plástico das barras verticais e fixe o forro. As barras verticais podem ser dobradas para se adaptarem a qualquer contorno da perna.
6) As duas correias na articulação do tornozelo podem ser ajustadas para se adaptarem às necessidades individuais do paciente. **Antes de prender as correias da bota, determine o método pretendido para prender as correias do tornozelo. Conversão da correia do tornozelo para um padrão cruzado: 6a)** A correia 3 é amovível e pode ser fixada fazendo-a passar por uma argola em forma de D na barra vertical oposta. **6b)** Se pretender prender as correias num padrão cruzado, passe a correia 3 pela argola em D no antepé oposto. Cruze a correia 2 sobre a correia 3, passe-a pela argola em D na barra vertical oposta e prenda-a. Prenda todas as restantes correias, começando a partir dos dedos do pé e avançando pela perna acima.

Instruções para o ajuste da dobradiça da amplitude de movimento: Abra a tampa deslizando-a. Rode a tampa da dobradiça para expor os pinos. Retire os pinos, seleccione as definições correctas e volte a colocar os pinos. Feche a tampa. Para bloquear as barras verticais num ângulo fixo de 90°, defina ambos os pinos para 0°. Para bloquear em 7,5°, 15°, 22,5° ou 30° de flexão plantar ou dorsiflexão, coloque um pino na definição pretendida no local que contém o símbolo de **cadeado** seguindo o mesmo método para o segundo pino na posição livre do lado oposto.

⚠ O parafuso apenas deverá ser bem apertado (com uma chave Allen), apenas quando bloqueado na posição fixa de 0°, 7,5°, 15°, 22,5° ou 30° de flexão plantar ou dorsiflexão. Repita o procedimento para a dobradiça no lado oposto da bota para coincidir com as novas definições.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: Para limpar o forro, lave à mão em água fria com sabão suave. Deixe secar ao ar livre. Nota: Se não for devidamente enxaguado, os resíduos de sabão podem causar irritação e deteriorar o material.
GARANTIA: A DJO, LLC reparará ou substituirá toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de material ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda.
Patente pendente
Para utilização apenas num único paciente

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, ESTE DISPOSITIVO É APENAS UM ELEMENTO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO GERAL ADMINISTRADO POR UM PROFISSIONAL MÉDICO. NÃO EXISTE NENHUMA GARANTIA DE QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

CUIDADO: A LEI FEDERAL (EUA) SÓ PERMITE A VENDA DESTE DISPOSITIVO POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO OU SOB RECEITA MÉDICA.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILTENKT BRUK/INDIKASJONER: Støtte for akutte ankelforstuinger, bløtvevsskader på nedre del av benet, tretthetsbrudd i nedre del av benet, stabile frakturer i fot og ankel, stabile frakturer med forsinket eller manglende tilheling i distale tibia og fibula, og reparasjon av akillessenen.
KONTRAINDIKASJONER: Bruk av dette produktet anbefales kun når frakturen er påviselig stabil og vinkel- og rotasjonsavviket er innenfor akseptable grenser. Det er opp til behandlende lege å avgjøre når ortosen skal brukes.
PRODUKTINFORMASJON: Dette produktet ble utviklet som et supplement til de ulike medisinske behandlingene som er vanlige i forbindelse med ovennevnte lidelser. Behandlende lege skal avgjøre hvor ofte og hvor lenge produktet skal brukes. **Merk:** På grunn av den formstøpte ytre sålen kan Walker-ortosen være noe høyere enn en vanlig fritidssko. Derfor kan en sportssko eller en fritidssko med hæl på en halv tomme brukes om nødvendig med tanke på pasientkomforten. Det kan også brukes en hælløfter i skoen som brukes på den friske foten.
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Rådfør deg alltid med legen eller behandleren før du gjør endringer på ortosen. Dette produktet skal brukes under veiledning av helsepersonell. Produktet er ikke beregnet på personlig bruk uten tilsyn. Hvis du opplever smerter, opphovning, fornemmelsesendringer eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, skal du ta kontakt med helsepersonell.
BRUKSANVISNING: Første gang ortosen skal brukes, løsner du alle stroppene og fjerner foringen.

1) Ortosen har to uttakbare ankelputer av skumgummi for pasientkomfort.
2) Hvis det er nødvendig å justere putene, fjerner du begge putene fra foringen og skiller dem. Den minste puten skal plasseres i foringen først. Ved V-utskjæringene bretter du sidepanelene mot midten. Forsikre deg om at de tre (3) Velcro®-strimlene (borrelås) er sentert på hvert panel. Den sammenbrettede puten skal sentreres bakerst i foringen med V-utskjæringene plassert ved hælbasen. Brett ut putens sidepaneler og fest dem på hver sin side av foringen. Merk: Puten skal ligge rundt ankelområdet når den er riktig plassert. Den store puten kan festes direkte til foringen eller legges oppå den lille puten etter behov. Den festes på samme måte som den lille puten.
3) Plasser foten i foringen og fest med borrelåsen. Sørg for at hælen sitter tett inntil den bakre delen av foringen. Fest foringen over foten først og deretter rundt nedre del av benet. Forsikre deg om at foringen sitter passe stramt hele veien.
4) Begge de vertikale bøylene kan forkortes med fem centimeter for å tilpasses ulike pasienthøyder. **Slik forkorter du de vertikale bøylene:** Hold bøylene fast på kanten av et bord eller en hard overflate. Press hardt ned på den delen av bøylen som kan brekkes av. Det er myke Velcro®-strimler på toppen av hver foring. Etter at bøylene er forkortet, skal du plassere strimlene oppå bøylene eller brette foringen over bøylene om nødvendig for å bedre komforten og tilpasningen.
5) Spre de vertikale bøylene med begge hendene og sett foten inn i støvelen. Bøylene skal rettes inn med ankelens midtlinje. Fjern plasthylsene på bøylene og fest foringen. Bøylene kan bøyes til for å tilpasses benets kontur.
6) De to stroppene ved ankelleddet kan tilpasses den enkelte pasientens behov. **Før du fester støvlestroppene, må du finne ut hva som er den beste metoden for festing av ankelstroppene. Metoder for festing av ankelstroppene: 6a)** Stropp 3 er avtakbar og kan festes ved at den træs gjennom d-ringen på den vertikale bøylen på motsatt side. **6b)** Hvis du ønsker å feste stroppene i kryss, trær du stropp 3 gjennom d-ringen på fremre del av foten på motsatt side. Legg stropp 2 i kryss over stropp 3, træ den gjennom d-ringen på den vertikale bøylen på motsatt side og fest den. Fest alle de andre støvlestroppene. Begynn ved tærne og arbeid deg oppover benet.

Instruksjoner for justering av bevegelsesområde: Åpne dekslet ved å skyve. Drei hengseldekslet slik at du får tilgang til stiftene. Ta ut stiftene, velg riktige innstillinger, og sett inn stiftene igjen. Lukk dekslet. For å låse bøylene i en fast vinkel på 90° velger du innstillingen 0° for begge stiftene. For å låse bøylene i 7,5°; 15°; 22,5° eller 30° plantarfleksjon eller dorsalfleksjon setter du den ene stiften ved ønsket innstilling i området som er merket med **"lock"** (lås), og den andre stiften ved den tilsvarende innstillingen (samme tall) i den åpne posisjonen på motsatt side.

⚠ Avstiverskruen skal først strammes til (med umbrakonøkken) når bøylene er låst i den faste posisjonen 0°; 7,5°; 15°; 22,5° eller 30° plantarfleksjon eller dorsalfleksjon. Gjenta prosedyren for hengselet på motsatt side av Walker-ortosen slik at innstillingene blir like.
RENGJØRING: Foringen håndvaskes i kaldt vann med mild såpe. Lufttørkes. Merk: Hvis produktet ikke skylles grundig nok, kan såperester irritere huden og forringe materialet.
GARANTI: DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av produktet og tilbehøret i en periode på seks måneder fra salgsdatoen ved materialdefekter eller produksjonsfeil.
Patentanmeldt
Kun for bruk på én pasient

MERK: SELV OM DE MEST MODERNE TEKNIKKER ER TATT I BRUK FOR Å OPPNÅ BEST MULIG FUNKSJON, STYRKE, VARIGHET OG KOMFORT, ER DETTE PRODUKTET BARE ET TELEMENT I DET TOTALE BEHANDLINGSOPPLEGGET SOM HELSEPERSONELLET BENYTTER. DET ER INGEN GARANTI FOR AT SKADE VIL UNNGÅS VED BRUK AV DETTE PRODUKTET.

FORSIKTIG: I HENHOLD TIL AMERIKANSK LOVGIVNING KAN DETTE UTSTYRET KUN SELGES TIL ELLER ETTER FORORDNING FRA AUTORISERT HELSEPERSONELL.

简体中文

使用本器械之前，请仔细完整地阅读下列使用说明。正确的应用对器械发挥正常功能非常重要。

用途/适应症：为急性脚踝扭伤、小腿软组织损伤、小腿应力性骨折、足部和脚踝稳定性骨折、胫腓骨远端稳定性延迟愈合或不愈合骨折以及跟腱修复提供支撑。
禁忌症：只有在可证实属于稳定性骨折且弯曲变形和旋转畸形处在可接受的范围内时，才建议使用此器械。决定何时使用支具完全取决于治疗医生的判断。
处方信息：本产品是对上述疾患常用疗法的补充。应当由开处方的健康专家确定使用频率和持续时间。**注：**由于采用模压外底，矫形支具可能比普通的板鞋稍高，因此必要时可穿着鞋跟为 0.5 英寸运动鞋或板鞋，以确保患者舒适。未受影响的脚也可穿着鞋跟增高的鞋子。
警告及注意事项：对支具进行修改之前，请务必咨询医生或治疗师。此产品需在医疗专业人员监管下使用。此器械不能在无人监护的情下随意使用。如果在使用此类产品的过程中出现疼痛、肿胀、感觉变化或其他任何异常的反应，请咨询医生。
使用信息：第一次使用时，松开所有绑带，从套筒中取出衬垫。

1) 为确保患者感觉舒适，供有两个可拆卸泡沫脚踝垫片。
2) 如果垫片需要调整，从衬垫上取下两块垫片并分开。先将较小的垫片放进衬垫。从 V 形切口处，向中央折叠侧板。确保三 (3) 个Velcro® 粘搭扣位于每块侧板正中。折叠的垫片应位于衬垫背部中央位置，V 形切口位于脚跟基部。打开垫片侧板并将其固定在衬垫两侧。注：正确贴合时垫片应包绕于脚踝区域。大垫片可直接贴在衬垫上，也可根据需要叠在小垫片上部。使用方法与小垫片相同。
3) 将足部放入衬垫并使用接触夹板固定。确保脚后跟舒适地贴合衬垫后部。先将前脚绑带固定在衬垫上，再固定小腿部分。确保衬垫从上到下都紧密贴合。
4) 两条支架可以缩短 2 英寸，以适应不同的患者身高。**拆解支架：**将支架固定在桌子或硬质平面边缘。用力向下推动横条上的拆解部分。每个衬垫顶部都配有软质 Velcro® 粘搭扣。拆解横条后，应将粘搭扣贴在支架顶部；如有必要，还可沿支架折叠衬垫以增加舒适度和贴合性。
5) 用双手展开支架并将其送入套筒，使支架对准脚踝中线。取下支架上的塑料外鞘并固定衬垫。支架可以适当弯曲以适应腿部轮廓。
6) 踝关节处的两条绑带可以适当调节，以适应不同的患者需要。**在固定套筒绑带之前，确定理想的脚踝绑带固定方法。脚踝交叉绑带对穿：6a)** 绑带 3 可以取下，并可通过穿入对侧支架上的 d 形环固定。**6b)** 如果需要交叉扎紧绑带，将绑带 3 穿过对侧的前脚 d 形环。将绑带 2 交叉压在绑带 3 上，穿过对侧支架上的 d 形环固定。固定所有其他套筒绑带，从脚尖开始，一直固定到小腿绑带。

运动范围铰链调节说明：滑开顶盖。转动铰链顶盖露出别扣。松开别扣，选择正确的设置后重新插入别扣。合上顶盖。要将支架锁定在 90°的固定位置，将两个别扣都设置为 0°。要锁定在足底 7.5°、15°、22.5° 或 30° 或者背屈位置，将一个别扣设置在标有"lock"（**锁定**）的所需位置，对侧开口位置的另一个别扣设置在相应（相同编号）设置上。

⚠ 锁定在足底 0°、7.5°、15°、22.5° 或 30° 或者背屈固定位置时，仅上紧束带螺丝（使用内六角扳手）。对支具对侧的铰链重复此程序以匹配新设置。
清洗说明：请使用温和的肥皂在冷水中手洗衬垫，并晾干。注：如没有彻底漂洗干净，残留的肥皂可能刺激皮肤，并损坏材料。
保修：自购买之日起六个月内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO，LLC 将对设备及其附件进行完全或部分维修或更换。
专利申请中仅供一位患者使用

注意：我们竭尽全力采用最先进的技术，以获得最佳的功能兼容性、强度、耐久性和舒适度，但本器械仅仅是专业医疗人员所进行的整体治疗程序中的一个因素。我们不保证在使用本产品的过程中能够防止所有的伤害。

注意：美国联邦法律规定，本器械必须由注册的健康护理人员销售由注册的健康护理人员定购。

日本語

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用法が不可欠です。

用途／適応：足首の急性捻挫、下肢の軟部組織損傷、下肢の疲労骨折、足および足首の安定骨折、遠位脛骨および腓骨の安定遷延治癒骨折または癒合不全骨折、アキレス腱損傷治療のサポート。
禁忌：本装置の装着は、明らかに安定骨折で、角度と回転変形が許容範囲内の時にのみ勧められます。ブレースをいつ装着するかの判断は、すべて治療にあたる医師の裁量にかかっています。
処方情報：本製品は上述の疾患の苦痛に共通する様々な療法を補完する目的で設計されました。使用の頻度および期間は、処方する担当のヘルスケア専門家が決定する必要があります。**注記：** 成形されたアウターソールのため、この整形外科ウォーカーは、通常使用の靴よりもわずかに高くなることがあります。したがって、患者の快適さのために、必要ならヒールが1/2インチ（1.25 cm）の運動シューズやストリートシューズを履くことができます。非罹患足に履く靴の中にヒールリフトを使うこともできます。
警告および注意：ブレースに変更を加える際は、必ず医師か療法士に相談してください。本製品は、医療専門家の監督の下で使用するものとします。医療専門家の監督なしに一般利用するようには作られていません。この製品の使用中に疼痛や腫れ、感覚の変化、異常な反応を感じた場合は、直ちに医療専門家に相談してください。
装着手順：最初に装着する際には、すべてのストラップを緩め、ブーツからライナーを取り出してください。

1) 患者の快適さのために、着脱可能なフォーム製の足首パッドが2つ提供されています。
2) パッドに調整が必要な場合は、両方のパッドをライナーから取り外し、別々にしておきます。最初に小さい方のパッドをライナーに配置します。V字の切れ目で、サイドパネルを中央に折り畳みます。3本のマジックテープが各パネルの中央に置かれているか確認します。折り畳んだパッドは、V字の切れ目がかかとの基部にくる状態で、ライナーの裏面中央になければなりません。パッドのサイドパネルを開き、ライナーのいずれかの側に固定します。注記：正しく装着したときにパッドは足首回りにフィットするはずです。大きいパッドはライナーに直接、または必要に応じて小さいパッドの上に重ねて、装着することができます。装着は小さいパッドと同様です。
3) 足をライナーの中に置き、接触クロージャで固定します。かかとがライナー後部に快適にフィットするか確認してください。最初に前足フラップをライナーに固定し、次に下肢部分を固定します。ライナーが上から下までぴったりフィットするか確認してください。
4) 両方の支柱は、患者のさまざまな身長に対応するために5 cm短くすることができます。**支柱の調整：**支柱をテーブルや固い表面の端に固定します。バーの調整する部分をきつく押し下げます。各ライナーの上部には柔らかいマジックテープが付いています。バーの調整後、支柱上部にはマジックテープを装着する必要があります。または必要に応じてさらに快適さとフィット感を高めるため、ライナーは支柱の上に折り込むこともできます。
5) 両手を使って支柱を広げ、支柱と足首の正中線をそろえながらブーツに足を踏み入れます。支柱のプラスチック製シースを取り外し、ライナーを固定します。支柱は曲げて、どのような脚の輪郭にも合わせることができます
6) 足首の関節の2つのストラップは、個々の患者のニーズに対応して調整することができます。**ブーツストラップを固定する前に、希望する足首のストラップ方法を決めます。足首クロスストラップ・コンバージョン：6a)** ストラップ3は着脱可能で、反対側の支柱のDストリングを通して固定することができます。**6b)** クロスストラッピングを希望する場合は、ストラップ3を反対側の足前部Dリングに通します。ストラップ2をストラップ3の上に交差し、反対側支柱のDリングに通して固定します。つま先から始めて脚の上方へ、すべてのその他のブーツストラップを固定します。

ヒンジの可動域調整方法：キャップカバーをスライドして開きます。ヒンジのキャップカバーを回し、ピンを露出させます。ピンを取り外し、正しい設定を選択してからピンを入れ直します。キャップカバーを閉じます。支柱を角度90°に固定するには、両方のピン設定を 0° にセットします。足底または背屈を 7.5°、15°、22.5° または 30° にロックするには、1つのピンを **lock[ロック]**と記された場所で希望の設定にセットし、2番目のピンを「オープン」の対向位置で対応する（同数）設定にセットします。

⚠ 足底または背屈を 0°、7.5°、15°、22.5° または 30° の固定位置にロックするときだけ、（六角レンチで）シンチネジを締めてください。ウォーカーの反対側のヒンジもこの手順を繰り返して新しい設定に適合させます。
洗浄手順：ライナーは、低刺激性洗剤を用いて冷水中で手洗いします。空気乾燥させてください。注記：よくすすがないと、洗剤が残って皮膚の炎症や製品素材の劣化につながることがあります。
保証：DJO, LLC は、材料や工程上の瑕疵に対しては、販売日から
6か月間に限り、本体および付属品の全部または一部を修理もしくは交換します
特許出願中。
1人の患者にのみ使用してください。

注記：機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるよう最先端技術によりあらゆる努力が払われていますが、本製品は医療従事者が管理する総合的な治療プログラム全体の一部分のみを構成するものです。本製品の使用により負傷が予防されるという保証はまったくありません。

注意：米国連邦法により、本製品の販売は有資格の医療従事者によるか、またはその指示の下で行われることが義務づけられています。

13-2966-0-00000 REV D

©2011 DJO, LLC

DJO, LLC
A DJO Global Company
1430 Decision Street
Vista, CA 92081-8553 • USA
T 760.727.1280 • F 760.734.5608
DJOglobal.com

MaxTrax™ WALKER

Andador MaxTrax™
MaxTrax™ Walker
Stivale ortopedico MaxTrax™
Orthèse de marche MaxTrax™
MaxTrax™ walkerschoen
MaxTrax™ Ortopedická topánka
MaxTrax™ Walker
MaxTrax™ gångstöd
MaxTrax™ Walker
Ortéza MaxTrax™
Bota MaxTrax™
MaxTrax™ Walker
MaxTrax™ 支具
MaxTrax™ ウォーカー

LATEX

CE